



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۱۰۳۴  
تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸  
پست بندار

مدیر عامل محترم شرکت نانو مهر

موضوع: نتیجه بررسی پرونده فنی کیت کیفی Tn I کمپانی Nano-Ditech امریکا شرکت نانومهر

سلام علیکم

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۰۵۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نتیجه بررسی پرونده فنی کیت کیفی تشخیص سریع Nano check AMI Troponin I کمپانی Nano-Ditech امریکا مربوط به شرکت نانومهر، با شماره کاتالوگ CDY140 برای به شرح ذیل به استحضار می رسد:

با توجه به کارشناسی پرونده فنی و دارا بودن تاییدیه FDA شرکت می تواند با برقراری سیستم Post Marketing Surveillance جهت نظارت بر کیفیت عملکرد محصول و با در دسترس قرار دادن کنترل تجاری مورد تایید کمپانی سازنده به منظور اطمینان کاربر از کیفیت نتایج و همچنین ارائه آموزش های لازم و توجیه مصرف کنندگان بر لزوم اجرای کنترل کیفیت و ارائه خدمات و پشتیبانی و با رعایت الزامات قانونی، اقدام به واردات نماید.

بدیهی است آزمایشگاه مرجع سلامت مجاز به بررسی عملکرد محصول در هر زمان و به نحو مقتضی می باشد.

دکتر سیامک میراب سمیعی  
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو و شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: ۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰